

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Máy đo điện tim 3 cần
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 2)  
Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 30, ngày 26/6/2026
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị, Tầng 3, Khu khối văn phòng hành chính, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Đỗ Hải Yến

Số điện thoại: 0972022349

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Ban Công tác Xã hội (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB(G06-0012-2-dhyen).

**TRƯỞNG CƠ SỞ**

Hà Mạnh Tuấn



**PHỤ LỤC: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT**

(Đính kèm Công văn số 202/CS2 ngày 17 tháng 6 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy đo điện tim 3 cần	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau</li><li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>- Nguồn điện cung cấp: 220 V, 50 Hz.</li><li>- Môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Nhiệt độ tối đa: <math>\geq 25^{\circ}\text{C}</math></li><li>+ Độ ẩm tối đa: <math>\geq 75\%</math></li></ul></li><li>- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu</li></ul> <p><b>2. Yêu cầu về cấu hình tối thiểu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01 cái</li><li>- Phụ kiện đi kèm :<ul style="list-style-type: none"><li>+ Dây nguồn: 01 cái</li><li>+ Bộ Adapter: 01 Bộ</li><li>+ Cáp điện tim 10 dây: 01 Bộ</li><li>+ Điện cực ngực (hút): 6 cái</li><li>+ Điện cực chi (kẹp): 04 cái</li><li>+ Giấy in nhiệt: 01 cuộn</li><li>+ Bút vệ sinh in: 01 cái</li><li>+ Pin lithium: 01 Bộ</li><li>+ Xe đẩy máy: 01 chiếc</li><li>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</li></ul></li></ul> <p><b>3. Yêu cầu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chức năng đo 12 đạo trình ECG tiêu chuẩn</li><li>- In 3 cần (3 kênh + 1 nhịp)</li><li>- Bộ nhớ lưu trữ được <math>\geq 40</math> bệnh nhân</li><li>- Xuất dữ liệu: DICOM / PDF kết nối PACS</li></ul> <p><b>3.1 Xử lý tín hiệu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tần số mẫu : <math>\geq 500</math> Hz</li><li>- Độ nhạy tối thiểu: 5,10, 20 mm/mV</li><li>- Bộ chuyển đổi A/D: 32 bit</li><li>- Bộ lọc:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Bộ lọc nhiễu điện lưới AC: 50/60 Hz.</li><li>+ Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/35 Hz.</li></ul></li><li>- Hằng số thời gian: <math>\geq 3</math> giây.</li><li>- Baseline drift: tối thiểu -20 dB tại 0.1 Hz</li></ul> <p><b>3.2 Màn hình hiển thị</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Màn hình LCD có kích thước: <math>\geq 5</math> inch</li><li>- Độ phân giải: <math>\geq 800 \times 480</math> điểm.</li><li>- Hiển thị:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Sóng ECG</li></ul></li></ul>	Cái	01

Stt	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhịp tim</li> <li>+ Tình trạng điện cực</li> <li>+ Cảnh báo nhiễu</li> </ul> <p><b>3.3 Máy ghi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải: <math>\geq 200</math> dpi</li> <li>- Tốc độ giấy: 25 mm/giây, 50 mm/giây</li> <li>- Khổ in: 3 kênh</li> <li>- Nội dung in: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ ECG + HR</li> <li>+ Thông tin bệnh nhân</li> <li>+ Tham số máy</li> <li>+ Cảnh báo</li> </ul> </li> <li>- Độ ồn: <math>\leq 48</math>dB</li> </ul> <p><b>3.4 Pin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pin Lithium <math>\geq 180</math> phút</li> </ul>		

*(Handwritten mark)*

CÔNG TY: .....

ĐỊA CHỈ: .....

SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 2)

Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ...../CS2 ngày.....tháng .....năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Model	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
										Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
		Đính kèm phụ lục												

Ngày ... tháng .... năm ....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Ghi chú:**

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có): 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Báo giá này có hiệu lực .... tháng kể từ ngày báo giá;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.