

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2022

Số: 186.../TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa với nội dung chi tiết hàng hóa:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Ống hút điều kinh	* Mã dùng chung theo quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021: N04.02.050.1620.000.0001 * Mã hàng/mã sản phẩm: DK * Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu: nhựa PE chính phẩm. Dạng ống nhựa tròn chiều dài 22cm, 1 đầu bo tròn có vát 2 lỗ nút. - Size: 4,5,6 - Tiết trùng bằng khí O.E. 1 cái/gói. - Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, Tiêu chuẩn cơ sở - Hạn sử dụng: > 6 tháng - Hàng mới 100%. * Quy cách: 1 cái/ gói	Cái	2.700
2	Dây hút dịch cuộn 6mm	* Mã dùng chung theo quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021: N04.02.060.1620.000.0002 * Mã hàng: DC06 * Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất, trắng trong. - Đặc điểm: Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch. - Kích thước: 6mm x 40 mét - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, Tiêu chuẩn cơ sở - Hạn sử dụng: > 6 tháng - Hàng mới 100%. * Quy cách: 40 mét/ cuộn	Mét	480
3	Khẩu trang y tế FAMI MED thun đeo tai 3 lớp	* Mã dùng chung theo quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021: N00.00.000.1620.000.0005 * Mã hàng: 101303 * Đặc tính kỹ thuật: Chất liệu: vải PP không dệt có lớp lọc Đặc điểm: 3 lớp - Lớp 1 - tiếp xúc với da mặt: Vải không dệt PP	Cái	96.000

		Spunbond trắng - Lớp 2: Vải không dệt PP Spunbond xanh - Lớp giữa: Giấy lọc BFE 99% - Thanh nẹp mũi: bằng nhựa PP định hình - Hiệu suất lọc khuẩn (Bacterial Filtration Efficiency - BFE): 99% - Kích thước 90 x 175 mm - Dây thun mềm, đàn hồi tốt - Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, Tiêu chuẩn cơ sở, Giấy kết quả thử nghiệm của Nelson - Hoa Kỳ, TCVN 8389-1 - Hạn sử dụng: > 6 tháng - Hàng mới 100%. * Quy cách: 50 cái/ hộp		
--	--	---	--	--

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:


- Giá chào đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban VTTB (J21-011-2-vnlngoc).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ



Đặng Nguyễn Ngọc An