

Số: 471./CS2

V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm **cung cấp máy đo tim thai** theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: **Cung cấp máy đo tim thai**
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Loại hợp đồng : chào hàng cạnh tranh
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh – Cơ sở 2
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 30, ngày 20./10/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Đỗ Hải Yến

Số điện thoại: 0972.022.349

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT,CS2(G06-0012-2-dhuyen)

TRƯỞNG CƠ SỞ

HÀ MẠNH TUẤN



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 4711/CS2 ngày 10 tháng 10 năm 2024)

I. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
- Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, ISO 9001 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động của thiết bị:
 - + Nhiệt độ tối đa $\leq 10^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 40^{\circ}\text{C}$,
 - + Độ ẩm tối đa $\leq 30\%$ đến $\geq 75\%$

II. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính kèm máy in tích hợp sẵn trong máy: 01 bộ
- Đầu đo Doppler và UC dành cho thai đơn: 01 bộ
- Đai cuộn dành cho thai đơn: 01 cái
- Điều khiển đánh dấu từ xa cho thai đơn: 01 cái
- Đầu dò Doppler dành cho thai đôi: 01
- Điều khiển đánh dấu từ xa cho thai đôi: 01 cái
- Đai cuộn dành cho thai đôi: 01 cái

III. Tính năng kỹ thuật

- Nguồn cung cấp \geq AC 100-240V, 30-37VA, 50/60 Hz

+ Đo nhịp tim:

- Kỹ thuật đo: xử lý xung Doppler;
- Tín hiệu đầu vào: Hệ thống 2 kênh siêu âm Doppler;
- Tầm đo: ≤ 30 -240 bpm;
- Báo động: Khi nhịp tim thai vượt quá giới hạn trên và giới hạn dưới.

+ **Đo cử động thai:** Kỹ thuật phát hiện bằng siêu âm Doppler, 2 kênh

+ **Đo cơn co tử cung:** Khoảng đo: Cường độ cơn co (0-100);

Kỹ thuật đo cơn co tử cung: đầu dò theo dõi cơn co tử cung

+ **Âm Thanh:** Âm thanh Doppler

+ **Hiển thị:** Kích thước: ≥ 7 inch;

- Màn hình: Màn hình màu tinh thể lỏng TFT
- Thông tin hiển thị: Đầu dò tim thai 1, Đầu dò tim thai 2, đầu dò cơn gò tử cung

+ Máy ghi:

- Phương pháp ghi: máy ghi nhiệt;
- Độ rộng ghi: Kênh nhịp tim có độ rộng đo ≤ 50 -210 bpm hoặc ≤ 30 -240 bpm;
- Thông tin được in: Ngày /tháng/ năm/giờ/phút, kiểu đo, đánh dấu thời gian, nhịp tim thai, cử động thai, cường độ cơn co tử cung, chu kì co, đánh dấu cử động thai tự động hoặc bằng tay.
- Tốc độ ghi: 10mm/ phút, 20mm/phút, 30mm/ phút (thay đổi được), 1500mm/ phút (in tốc độ nhanh);
- Nguồn điện: AC 100-240V, 50/60 Hz.

IV. THÔNG TIN KHÁC

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Nhà thầu thực hiện và chịu mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ toàn bộ thiết bị hiện có của bệnh viện, lắp đặt thiết bị mới và hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng ban đầu.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.
- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.
- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.
- Thời gian cung cấp hàng ≤ 01 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan (nếu là hàng hóa nhập khẩu), đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.
- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.
- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 2).