

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm **cung cấp máy sốc tim** theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: **Cung cấp máy sốc tim**
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Loại hợp đồng : chào hàng cạnh tranh
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh – Cơ sở 2
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 30, ngày 20./12/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Đỗ Hải Yến

Số điện thoại: 0972.022.349

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT,CS2(G06-0012-2-dhyen)

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ 2
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ 2**

Trần Anh Tuấn





PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 563./CS2 ngày 10 tháng 12 năm 2024)

I. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau
- Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, ISO 9001, IEC EN60601-2-4 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220 – 240VAC
- Nhiệt độ: -5°C đến 46°C
- Độ ẩm: 5 đến 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ
- Thời gian bảo hành: \geq 06 tháng

II. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 cái
- Pin tích hợp: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. Tính năng kỹ thuật

- Chế độ vận hành: bán tự động
- Dạng sóng: BTE (dạng lưỡng cực bị cắt ngắn); bù trở kháng
- Năng lượng: \geq 200J
- Độ chính xác của năng lượng sốc
- Điều khiển: bằng nút sốc, nút thông tin, nút Bật/Tắt.
- Chỉ báo: Đèn LED (màu sắc khác nhau), nút thông tin.
- Vị trí truyền sốc: qua miếng điện cực cho người lớn ở vị trí trước-trước (Lead II) hoặc qua miếng điện cực giảm năng lượng cho trẻ em ở vị trí trước-sau.
- Pin: DC \geq 12 Volt, \geq 4.2 Ah, lithium manganese dioxide, tuổi thọ dài.
- Dung lượng pin: \geq 200 lần sốc hoặc \geq 4 giờ hoạt động liên tục.
- Loại bảo vệ: IP \geq 54 (bụi/nước) hoặc tương đương

