

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Máy sưởi ấm người bệnh
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Loại hợp đồng : trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 2)
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 30, ngày 07/4/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị, Tầng 3, Khu khối văn phòng hành chính, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Đỗ Hải Yên

Số điện thoại: 0972022349

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Ban Công tác Xã hội (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB(G06-0012-2-dhaiyen).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ 2**

Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số/CS2 ngày 01 tháng 4 năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy sưởi ấm người bệnh	<p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Nguồn điện cung cấp: 220 V, 50 Hz. - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> o Nhiệt độ tối đa: $\geq 25^{\circ}\text{C}$ o Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ <p>2. Yêu cầu về cấu hình tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ - Nệm hoặc chăn làm ấm: 30 cái - Xe đẩy chính hãng: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ <p>3. Yêu cầu kỹ thuật</p> <p>3.1 Máy chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có màn hình: hiển thị thông số nhiệt độ - Bộ lọc vi khuẩn không khí ngõ vào khi hút không khí từ môi trường ngoài vào máy để làm ấm - Nhiệt độ <ul style="list-style-type: none"> • Nhiệt độ điều trị thấp: khoảng 33°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) • Nhiệt độ điều trị trung bình: khoảng 38°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) • Nhiệt độ điều trị cao: khoảng 43°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) - Có đèn cảnh báo phát sáng: cảnh báo quá nhiệt, cảnh báo lỗi kiểm soát nhiệt độ, cảnh báo lỗi bộ sưởi, cảnh báo lỗi quạt, cảnh báo lỗi cảm biến nhiệt độ. - Có chuông cảnh báo. - Ống dẫn nhiệt từ máy đến nệm hoặc chăn: $\geq 1,5\text{m}$, có thể có giãn. - Tốc độ luân không khí cao đến ≥ 23 lit/giây - Hệ thống an toàn tự động cảnh báo nhiệt quá cao $\geq 48^{\circ}\text{C}$ <p>3.2 Chăn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu 02 lớp : bên ngoài bằng vải không dệt chất lượng cao, bên trong bằng vải tổng hợp polymer. - có khả năng chống co giãn, chống thấm nước. - Không có chất gây dị ứng cho người bệnh và người sử dụng. - Kích thước chăn: 120cm x 193 cm - Sử dụng 01 lần - Thời gian để đạt được nhiệt độ vận hành: ≤ 10 phút 	cái	01