

V/v mời chào giá

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H₂O₂.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 90 ngày kể từ ngày đặt hàng
4. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 2)
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 30, ngày 25/02/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị, Tầng 3, Khu khối văn phòng hành chính, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Đỗ Hải Yên

Số điện thoại: 0972022349

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Ban Công tác Xã hội (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB(G06-0012-2-dhaiyen).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ 2**

Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 46/CS2 ngày 18 tháng 02 năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H ₂ O ₂	<p>Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H₂O₂.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ống đóng sẵn có chứa bào tử <i>Geobacillus sterothermophilus</i>- Chỉ thị hóa học trên ống có đổi màu rõ, phân biệt được chỉ thị sinh học trước và sau tiệt khuẩn- Cho kết quả sau khi ủ sau 15 – 30 phút- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)- Hàng hóa cung cấp: mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau.- Cung cấp thiết bị sử dụng Chỉ thị sinh học tại Bệnh viện, thời gian đặt đến khi sử dụng hết vật tư.	ống	60