

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Máy ly tâm
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 2)
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 30, ngày 28/6/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị, Tầng 3, Khu khối văn phòng hành chính, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Đỗ Hải Yến

Số điện thoại: 0972022349

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Ban Công tác Xã hội (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB(G06-0012-2-dhaiyen).

KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ 2

Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 23.T/CS2 ngày 18 tháng 6 năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy ly tâm	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Nguồn điện cung cấp: 220 V, 50 Hz. - Môi trường hoạt động: - o Nhiệt độ tối đa: $\geq 25^{\circ}\text{C}$ - o Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ 2. Yêu cầu về cấu hình tối thiểu - Roto quay: 01 cái - Số lượng ống: ≥ 24 ống - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật - Tốc độ quay khoảng 200 đến 15.000 vòng/phút (rpm) - Mức độ ồn: ≤ 54 dB - Có màn hình theo dõi tốc độ vòng quay, nhiệt độ và thời gian. - Phần quay bao gồm - o Một động cơ có vận tốc cao - o Rotor tương ứng số lượng ống ly tâm - o Adapter. - Phần điều khiển: Bao gồm mạch điều khiển giúp người sử dụng cài đặt được tốc độ và thời gian. - Hệ thống bảo vệ: Khóa nắp, kiểm tra quá tốc độ, quá nhiệt, tự động chuẩn đoán, phát hiện các bất thường bên trong - Cánh quạt kín 3 lớp đảm bảo quá trình ly tâm được an toàn. - Kích thước (W x D x H) $\geq 364 \times 280 \times 266\text{mm}$ - Lực ly tâm tương đối tối đa $\leq 21380 \times g$ - sử dụng cho các ứng dụng liên quan đến DNA, RNA, kháng thể, tế bào nấm men, lục lạp, v.v. - Khả năng ly tâm - o Số lượng ống ≥ 24 ống - o Thể tích ống 2mL ($\pm 0,5$ ml)	cái	01