

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm **cung cấp Kim cắt sụn thẳng** theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: **cung cấp Kim cắt sụn thẳng**
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 90 ngày
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh – Cơ sở 2
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 30, ngày 24/07/2025
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị, lầu 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Trương Xuân Sang

Số điện thoại: 0962883873

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc hóa đơn bán hàng tương tự đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB (K24-007-2-txsang).

TRƯỞNG CƠ SỞ

Hà Mạnh Tuấn



**PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT**  
 (Đính kèm Công văn số ...../CS2 ngày ..... tháng .... năm .....)

| Stt | Tên danh mục                 | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                             | Đvt | Số lượng |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1.  | <b>Kìm cắt<br/>sụn thẳng</b> | - Sử dụng trong phẫu thuật phẫu thuật nội soi khớp.<br>Thông số kỹ thuật:<br>- Chất liệu: thép không gỉ<br>- Cấu tạo: thân thẳng, lưỡi cắt thẳng, đường kính thân 3.4mm<br>- Tiêu chuẩn: ISO9001 và ISO 13485 | Cái | 01       |