

Số: 11./CS2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

V/v mời chào giá

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm **cung cấp đầu dò cắt/đốt cuống mũi** theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: **cung cấp đầu dò cắt/đốt cuống mũi**
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 30 ngày
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12 Quận 5, TPHCM - Bệnh viện Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh – Cơ sở 2
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 30, ngày 24/01/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị, lầu 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Ngô Quang Chương

Số điện thoại: 0937600905

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc hóa đơn bán hàng tương tự đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB (A17-019-2-nqchuong).

**TRƯỞNG CƠ SỞ**

  
**Hà Mạnh Tuấn**



## PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số ...1.1./CS2 ngày 15. tháng 01 năm 2024.)

Stt	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1.	Đầu dò cắt cuống mũi	<p>Đầu dò cắt cuống mũi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chất liệu bằng nhựa tổng hợp, với phần hoạt động là thép không gỉ</li><li>- Dụng cụ thẳng, phần hoạt động là trục đường kính 2.9 - 3 mm; có 3 điểm đánh dấu độ sâu của đầu dò; có đường dọc cho phép định hướng đầu dò; kèm theo một kênh dẫn nước và một kênh hút; điện cực hoạt động dạng lưới</li><li>- Tiệt khuẩn</li><li>- Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO</li><li>- Tương thích với máy Coblator</li></ul>	Bộ	03
2.	Đầu dò đốt cuống mũi	<p>Đầu dò đốt cuống mũi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chất liệu tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động bằng thép không gỉ; đường kính 2.9 - 3 mm, dài là 42 - 43 mm</li><li>- Đầu đốt mỏng, nhọn, dài 10-11mm, đường kính là 1.3 - 1.4 mm, có 2 vạch chia màu để đo độ sâu; không có kênh dẫn nước, không có kênh hút</li><li>- Tiệt khuẩn</li><li>- Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO</li><li>- Tương thích với máy Coblator</li></ul>	Bộ	02

