

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy tạo khí Ozone tại Cơ sở 2.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 27/02/2025.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**


PGS.TS. Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số *A8*./CS2 ngày *A9*. tháng 02 năm 2025)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Máy tạo khí Ozone	<ul style="list-style-type: none">- Sản lượng ozone: $\geq 20\text{g/h}$;- Nồng độ ozone: $\geq 85 \text{ g/m}^3$;- Lưu lượng khí oxy cấp: 5 lít/phút;- Nồng độ Oxy: $> 90\%$;- Công nghệ tạo oxy: hấp thụ áp suất chuyển đổi (PSA Oxygen);- Điện áp: 220V / 50Hz;- Công suất: $\geq 650\text{W}$;- Công nghệ làm mát: Quạt gió và Nước;- Lưu lượng nước cấp vào buồng tạo ozone: > 3 lít/phút;- Áp lực nước cấp vào buồng tạo ozone: $< 1 \text{ Pa}$;- Nhiệt độ môi trường hoạt động: 5-40 độ C;- Độ ẩm môi trường hoạt động: $< 70\%$;- Chế độ chạy: Liên tục hoặc tuần hoàn theo thời gian;- Chế độ bảo vệ: Cảm biến nhiệt độ mạch cao áp và cảm biến nước buồng ozone;- Vỏ máy: Inox.- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt tại địa điểm theo yêu cầu.	Hệ	1