

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Số: .../.../ TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa với nội dung chi tiết hàng hóa:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Tay cầm đặt nội khí quản	<p>Tay cầm sử dụng pin thường không dùng pin sạc. Sử dụng nguồn sáng LED.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nguồn sáng nằm trên tay cầm.- Tay cầm có khả năng chống nước.- Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ- Không cần tháo pin và nguồn sáng LED khi ngâm khử khuẩn.- Không cần tháo nguồn sáng LED khi hấp ở nhiệt độ 134 độ C.- Tay cầm có bề mặt được thiết kế dạng sóng chống trượt.- Độ sáng đèn giảm dần theo dung lượng pin, đèn không tắt đột ngột.- Thời gian làm việc liên tục > 8 giờ- Tương thích với tất cả lưỡi đèn theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376	Cái	2
2	Lưỡi đặt nội khí quản MAC 2	<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng sợi quang để dẫn sáng- Đường kính bó sợi quang ≤ 4.4mm.- Lưỡi đèn được thiết kế nguyên khối- Lưỡi đèn được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ.- Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm.- Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C.- Mức sáng còn lại tối thiểu ≥ 1.000 lux sau 4.000 lần hấp.- Kích thước lưỡi cong chiều dài ≥ 113mm, bề ngang ≤ 14mm ($\pm 1\%$)	Cái	2
3	Lưỡi đặt nội khí quản MAC 3	<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng sợi quang để dẫn sáng- Đường kính bó sợi quang ≤ 4.4mm.- Lưỡi đèn được thiết kế nguyên khối- Lưỡi đèn được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ.- Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm.	Cái	2

		<ul style="list-style-type: none"> - Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C, - Mức sáng còn lại tối thiểu ≥ 1.000 lux sau 4.000 lần hấp - Kích thước lưới cong chiều dài ≥ 133mm, bề ngang ≤ 14mm . 		
4	Lưới đặt nội khí quản MAC 4	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng sợi quang để dẫn sáng - Đường kính bó sợi quang $\leq 4,4$mm. - Lưới đèn được thiết kế nguyên khối - Lưới đèn được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ. - Bề mặt lưới đèn được mạ crôm. - Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C, - Mức sáng còn lại tối thiểu ≥ 1.000 lux sau 4.000 lần hấp - Kích thước lưới cong chiều dài ≥ 155mm, bề ngang ≤ 15mm . 	Cái	2

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) hoặc email an.dnn@umc.edu.vn trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

- Giá chào đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban VTTB (K21-013-2-nnvkhuong).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ


Đặng Nguyễn Ngọc An