

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
CƠ SỞ 2
BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Số: ...99.../TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa với nội dung chi tiết hàng hóa:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Pin sạc cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden	Mã hàng: X065 Thông số kỹ thuật : <ul style="list-style-type: none">- Loại pin : NiMH battery- Thời gian sạc: khoảng 2 giờ hay thấp hơn- Điện thế nguồn: 12 V- Dung lượng: 2800 mAh- Phụ kiện cho máy sốc tim model: TEC-5531K , TEC-5521K , TEC-5631 , TEC-5621- Hàng mới 100%	Cái	1
2	Đầu dò SPO2 người lớn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	Mã hàng: P225F (TL-201T) Hãng sản xuất: Nihon Kohden – Nhật Thông số kỹ thuật : <ul style="list-style-type: none">- Phụ kiện cho máy monitor model: BSM-2301K, BSM-3562, PVM-2701- Hàng mới 100%	Cái	2
3	Cáp điện tim 3 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	Mã hàng: K911 (BR-903P) Hãng sản xuất: Nihon Kohden – Nhật Thông số kỹ thuật : <ul style="list-style-type: none">- Phụ kiện cho máy monitor model: BSM-2301K, BSM-3562, PVM-2701- Hàng mới 100%	Cái	1

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) hoặc email an.dnn@umc.edu.vn trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

- Giá chào đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban VTTB (K21-013-2-nnvkhuong).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ



Đặng Nguyễn Ngọc An