

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2022

Số: 167.../TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa với nội dung chi tiết hàng hóa:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Gel bôi trơn Merufa lube tuýp 82g	<p>* Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gel bôi trơn gốc nước, không màu, không mùi, có tác dụng hỗ trợ bôi trơn và tăng độ ẩm âm đạo, phù hợp với những người có cơ địa bị khô hoặc ít chất nhờn, phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh và sau khi sinh.- Gel được kiểm vi khuẩn có hại, giảm dị ứng với nước tinh khiết và giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.- Bên cạnh đó gel có thể dùng trong khám phụ khoa, thụt rửa đường tiết niệu, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng.- Ngoại quan: Trong suốt, không màu, không mùi.- PH: 5 ± 0.5- Độ hòa tan trong nước: tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường.- Giới hạn nhiễm khuẩn: mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10^1 (CFU/g hoặc CFU/ml)- Tổng số vi sinh vật hiếu khí: $< 10^2$ (CFU/g hoặc CFU/ml)- Hạn sử dụng: 3 năm- Hàng mới 100%. <p>* Quy cách: 1 tuýp/ hộp, 40 hộp/ thùng</p>	Tuýp	300

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:


- Giá chào đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban VTTB (J21-011-2-vnInhoc).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ



Đặng Nguyễn Ngọc An