

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2022

Số: 171./TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa với nội dung chi tiết hàng hóa:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Chỉ thị hóa học đa thông số dùng cho tiệt khuẩn hơi nước	<p>* Tên thương mại: Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước</p> <p>*Mã dùng chung VTYT theo QĐ5086: N00.00.000.0005.175.0015</p> <p>*Mã hàng: 1243A</p> <p>*Đặc tính kỹ thuật: Chỉ thị hóa học hơi nước 1243 được sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ.</p> <p>- Bao gồm một bắc giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/lá kim loại.</p> <p>- Công nghệ di chuyển mực in phía trước, viên hóa chất chảy và chuyển thành màu tối sẫm chạy dọc theo bắc giấy.</p> <p>- Dễ đọc kết quả với thiết kế màu sắc sinh động nhìn thấy được qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT" là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt.</p> <p>- Mặt sau có màu Trắng/Đỏ: Dễ dàng tìm thấy hơn (ngay cả khi bị lật úp trong khay dụng cụ)</p> <p>- Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo ISO 11140-1:2014.</p> <p>- Giám sát tất cả 3 biến quan trọng của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và áp suất (hơi nước).</p> <p>- Hiệu suất tương quan với một chỉ thị sinh học.</p>	Miếng	10.900

		<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm không chứa chì. - Khuyến nghị sử dụng bởi AORN 2020: sử dụng bên trong mỗi gói dụng cụ. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE - Hàng mới 100%. <p>* Quy cách: 500 miếng/túi.</p>		
2	<p>Băng keo chỉ thị tiếp xúc cỡ 1.8cm x 55cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Tên thương mại: Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 1322 – 18MM *Mã dùng chung VTYT theo QĐ5086: N00.00.000.0003.140.0001 *Mã hàng: 1322-18 *Đặc tính kỹ thuật: Băng chỉ thị nhiệt 3M™ Comply™ 1322 dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa. - Mục chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại ra môi trường. - Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,... - Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn. - Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt/rám nắng sang nâu sẫm/đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước. - Băng chỉ thị nhiệt 3M™ Comply™ 1322 là chỉ thị hóa học tiếp xúc loại 1 theo phân loại của ISO 11140-1:2014. - Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE - Hàng mới 100%. <p>* Quy cách: Cuộn/gói.</p>	Cuộn	44

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

- Giá chào đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban VTTB (J21-011-2-vnlngoc).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ



Đặng Nguyễn Ngọc An