

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp Khóa 3 ngã Gloflexco có dây nối 25cm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Khóa 3 ngã Gloflexco có dây nối 25cm
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12... giờ, ngày 12/11/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị Tầng 3, Khối Văn phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Đặng Nguyễn Ngọc An Số điện thoại: 0919357507

10. Yêu cầu khác:


Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);



BM: CVDT.01(1)

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH;
- Lưu: VT, J21-011-2-vnlngoc(1).

TRƯỞNG CƠ SỞ



Hà Mạnh Tuấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 230./CS2 - ngày 07.. tháng 11. năm 2023)

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Khóa 3 ngã Gloflexco có dây nổi 25cm	<p>* Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khóa 3 ngã có dây giúp giảm bớt các thao tác trong truyền thuốc, bề mặt dây trơn tru giúp tối ưu dòng chảy.- Khóa 3 ngã làm bằng vật liệu Polycarbonate.- Có thể chịu được áp lực lên đến 5bar.- Khóa xoay 360 độ không giới hạn. Dòng chảy sẽ ngắt sau mỗi 90 độ. Khoảng chết thấp. Có dấu mũi tên chỉ hướng dòng chảy trên khóa xoay.- Dây dài 25cm, đường kính trong 3.3mm, đường kính ngoài 4.5mm. Tốc độ dòng 410ml/phút ± 10%. Thể tích mỗi 2.2ml.- Sử dụng 1 lần, vô trùng, không pyrogenic.- Tiêu chuẩn ISO, CE- Phân loại: Loại B- Phân nhóm: Nhóm 6- Hàng mới 100% <p>* Quy cách đóng gói: 1 cái/ gói</p>	Cái	4.500