

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2023

Số: 291./TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 25 lít với nội dung chi tiết hàng hóa:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Nồi hấp tiệt trùng 24 lít	Dung tích 24 lít Nhiệt độ tiệt trùng 118 độ đến 134 độ C Buồng hấp (đường kính x chiều sâu): 260 x 450 mm Thời gian tiệt trùng: 0-60 phút Thời gian sấy: 0-60 phút Hiển thị nhiệt độ: Đồng hồ cơ Hiển thị áp suất: Đồng hồ cơ Bồn chứa nước: 4.2 lít Công suất gia nhiệt: 1800 W Công suất sấy: 263 W Công suất: 9A/ 2063W Nguồn điện: 230V Kích thước tổng thể: (WxDxH) 540 x 450 x 630mm Khối lượng 45 kg	Cái	01

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

- Giá chào đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban VTTB (J08-005-2-nththu).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ

  
Đặng Nguyễn Ngọc An