

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp Máy giám sát nhiệt độ tự ghi – Công nghệ Cloud sử dụng giám sát nhiệt độ cho tủ trữ lạnh, tủ âm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Máy giám sát nhiệt độ tự ghi – Công nghệ Cloud sử dụng giám sát nhiệt độ cho tủ trữ lạnh, tủ âm
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 30 ngày
4. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
5. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
6. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 08/11/2023
8. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị Tầng 3, Khối Văn phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Đặng Nguyễn Ngọc An

Số điện thoại: 0919357507

9. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;



+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH;
- Lưu: VT, J21-011-2-vnIngoc(1).

TRƯỞNG CƠ SỞ 2



Hà Mạnh Tuấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số .319./CS2 - ngày .30. tháng 10. năm 2023)

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy giám sát nhiệt độ tự ghi – Công nghệ Cloud sử dụng giám sát nhiệt độ cho tủ trữ lạnh, tủ âm	<p>* Tính năng kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dải đo nhiệt độ: 0 - 50°C- Độ chính xác: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$- Độ phân giải: 0.1°C- Hiển thị nhiệt độ: trên màn hình OLED- Cảnh báo: $<2^{\circ}\text{C}$ và $>8^{\circ}\text{C}$ (Tủ trữ lạnh)- Điều khiển: vi xử lý 16 bits – 80MHz- Cảm biến nhiệt: 18 DS20- Cách khoảng đo: 15 phút/1 lần (04 lần/giờ)- Tự ghi, lưu nhiệt độ: 1 năm- Kết nối: Wifi 802/11B chuẩn 54Mb/sHoạt động đo Offline có (10 giây/1 lần)- Thời gian bảo hành: 1 năm	Cái	2

