

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Số: 127/TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa với nội dung chi tiết hàng hóa như sau:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Tủ âm	<ul style="list-style-type: none">- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau- Chứng nhận: ISO, CE, CO, CQ hoặc tương đươngThông số kỹ thuật:- Thể tích: 108L- Nhiệt độ môi trường: 5 – 40°C- Độ ẩm: tối đa 80% rh, không ngưng tụ- Kích thước buồng sấy: khoảng 560 x 480 x 400mm- Kích thước ngoài: khoảng 745 x 867 x 584 mm- Khoảng nhiệt độ hoạt động 5°C đến 300°C- Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.1°C- Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A- Đối lưu không khí: đối lưu tự nhiên- Hiệu chuẩn: có thể lựa chọn tự do 3 giá trị nhiệt độ- Công suất: 2800W- Điện áp: 230V - Nguồn điện: 230 V,	Cái	1

	<p>50/60 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số giá đỡ đi kèm: 2 chiếc - Trọng tải tối đa trên 1 giá đỡ: $\leq 30\text{kg}$ - Số vị trí đặt giá đỡ: 5 vị trí - Có cổng kết nối qua mạng Ethernet - Cửa: cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với 2 điểm khóa - Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm. - Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm 		
--	---	--	--

Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

- Giá chào đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí như vận chuyển, lắp đặt (nếu có) và các chi phí liên quan khác.

- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTB (B15-003-2-ndaminh).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ



Đặng Nguyễn Ngọc An